

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

### Sprzęt laboratoryjny: Inkubator CO<sub>2</sub>

KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

#### INSTRUKCJA:

1. Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika.
2. Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com).
3. Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
4. Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne.
5. Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt.
7. Wykonawca umożliwi obejrzenie sprzętu w miejscu jego wytworzenia przed ostatecznym podpisaniem umowy.
8. Wykonawca dostarczy sprzęt do 10 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

#### Inkubator CO<sub>2</sub>

Lp	Parametry	Spełnia	Nie spełnia
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Inkubator CO <sub>2</sub> do inkubacji hodowli komórkowych		
2.	Pojemność minimum 168 L		
3.	Zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 7°C do 50°C		
4.	Zakres wilgotności: do 95% wilgotności względnej		
5.	System nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym		
6.	Samoczynna sterylizacja termiczna przy 180°C		
7.	Dysza mieszająca gaz CO <sub>2</sub> z efektem Venturiego		
8.	Czujnik CO <sub>2</sub> w technologii podczerwieni		

BIOCELTIX SP. Z O.O.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

9.	Wyświetlacz LED minimum 3-cyfrowy, 7segmentowy		
10.	Drzwi z zawiasami z prawej strony		
11.	Szczelne zamykanie drzwi wewnętrznych ze szkła bezpiecznego (ESG)		
12.	Bezszwowa komora wewnętrzna, głęboko tłoczona ze stali nierdzewnej		
13.	Minimum 3 perforowane wysuwane półki ze stali nierdzewnej		
14.	Możliwość wyposażenia urządzenia w adapter do piętrowego ustawienia		
15.	System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym		
16.	Bezpotencjałowy styk alarmowy		
17.	Oferta obejmuje transport, instalację oraz szkolenie.		
18.	Oferta obejmuje kwalifikację instalacyjną i operacyjną (IQ/OQ)		

---

BIOCELTIX SP. Z O.O.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245