

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**OPZ/DKJ/U-49.50/19|v1****Dwie ciepłarki mikrobiologiczne 55-60 litrów**

KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

INSTRUKCJA:

1. Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika.
2. Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez zakupy@bioceltix.com.
3. Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
4. Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne.
5. Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt.
7. Wykonawca dostarczy sprzęt do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

Dwie ciepłarki mikrobiologiczne

Lp	Parametry	Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4
1.	Pojemność: 55-60 litrów		
2.	Zakres temperatury: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C		
3.	Fluktuacja temperatury: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ w 37°C		
4.	Przestrzenna zmienność temperatury: $\pm 0,7^{\circ}\text{C}$ w 37°C		
5.	Maksymalne obciążenie na półkę: 25kg		
6.	Obieg powietrza: naturalna konwekcja		
7.	Ilość półek w standardzie (maksymalna): 2 (5)		
8.	Wymiary wewnętrzne 400x360x390mm ($\pm 10\text{mm}$)		

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

9.	Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 590x600x700mm (± 20 mm)		
10.	Waga: 54kg \pm 1kg		
11.	Moc znamionowa: max. 460 W		
12.	Maksymalne obciążenie komory: co najmniej 48kg		

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245