

Wrocław, 22 listopada 2019r.

## INFORMACJA NR 1

### W postępowaniu zakupowym nr 25/Bioceltix/2019

#### Zamawiający otrzymał następujące pytania:

1. Jakie są kryteria związane z temperaturą (+/-) ?
2. Czy w ramach kwalifikacji ma być dostarczone świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium akredytowane?
3. Jakie są wymagania co do czasu trwania pomiarów oraz ilości punktów w przestrzeni?
4. Kwalifikacja nie ma obejmować PQ (badanie rozkładu temperatury z wkładem)?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

1. Dla jednej z ciepłarek temperatura 25°C +/- 1°C, dla drugiej z ciepłarek 35°C +/- 1°C
2. Świadectwa wzorcowania z laboratorium akredytowanego są wymagane dla urządzeń pomiarowych używanych do kwalifikacji (termometry/czujniki)
3. Czas - 24h, ilość punktów - optymalnie 3 punkty/półkę (środek, lewy tylny róg, prawy przedni róg)
4. Kwalifikacja PQ będzie wykonana we własnym zakresie

Z up. Zamawiającego:

**Izabela Zabalov**  
Specjalista ds. Zakupów – Administrator Projektów

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245