

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**OPZ/ MLRMM-
31/19|v1**

Komora do zliczania Bürker'a

KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

INSTRUKCJA:

1. Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika.
2. Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez zakupy@bioceltix.com.
3. Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
4. Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne.
5. Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy sprzęt do **4** tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

Komora do zliczania Bürker'a

Lp	Parametry	Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4
1.	Komora z ciemnymi liniami i zaciskami		
2.	Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE		
3.	Głębokość 0.1 mm		
4.	Siatkę stanowi 9 dużych kwadratów, każdy o pow. 1 mm ²		
5.	Każdy duży kwadrat podzielony jest podwójnymi liniami w odległości 50 µm na 16 kwadratów grupowych o długości krawędzi 200 µm każdy		
6.	Zestaw zawiera minimum 2 szkiełka nakrywkowe		

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245