

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ/DKJ/U-49.50/19|v1

Dwie ciepłarki mikrobiologiczne 55-60 litrów

KOD CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

INSTRUKCJA:

1. Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika.
2. Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez zakupy@bioceltix.com.
3. Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
4. Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne.
5. Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli **24** miesięcznej gwarancji na sprzęt.
7. Wykonawca dostarczy sprzęt do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

Dwie ciepłarki mikrobiologiczne

Lp	Parametry	Spełnia	Nie spełnia
1	2	3	4
1.	Pojemność: 55-60 litrów		
2.	Rodzaj sterownika: mikroprocesorowy PID		
3.	Posiada wyświetlacz LCD z panelem dotykowym		
4.	Zakres temperatury: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C		
5.	Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C		
6.	Drzwi podwójne		
7.	Wykonana ze stali nierdzewnej		
8.	Maksymalne obciążenie na półkę: 25kg		

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

9.	Ilość pótek: 2		
10.	Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) 400x390x360mm (±10mm)		
11.	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 590x700x620mm (±20mm)		
12.	Waga: 50kg ± 1kg		
13.	Moc znamionowa: max. 460 W		
14.	Dostarczana wraz z kuwetą ze stali nierdzewnej na wodę		
15.	Kwalifikacja IQ/OQ		

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245